

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0604.01/2020
Processo Administrativo Nº 0604.01/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR
Data de Publicação: 14/04/2020 15:26:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

- 20/04/2020 09:39:23 MENSAGEM PREGOEIRO
BOM DIA SENHORES LICITANTES, O CERTAME INICIARÁ AS 10h00min (HORARIO DE BRASILIA), PEÇO BASTANTE ATENÇÃO AO DIGITAREM OS LANCES, RESALTANDO QUE SÓ SERÃO EXCLUÍDOS LANCES COM O VALOR MUITO ABAIXO DOS DEMAIS, BOA SORTE A TODOS.
- 20/04/2020 10:00:09 MENSAGEM PREGOEIRO
MENSAGEM ERRADA, DESCONSIDEREM.
- 20/04/2020 17:24:30 CADASTRO DE PROPOSTA S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
- 22/04/2020 12:38:33 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- 23/04/2020 09:37:29 MENSAGEM PREGOEIRO
BOM DIA SENHOR LICITANTE, O CERTAME INICIARÁ AS 10h00min (HORARIO DE BRASILIA), PEÇO QUE DÊ LANCE PARA O DETERMINADO ITEM EM DISPUTA.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Aparelho de Anestesia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: KTK	Modelo:
Descrição: Aparelho de Anestesia Aparelho de anestesia para cirurgias em pacientes pediátricos e adultos. Construído em gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi ou material tecnicamente compatível com a finalidade. Bandeja superior para suporte de equipamentos de monitorização extras, saída serial RS 232. Dotado de gavetas e rodízios com travas nas rodas dianteiras. Permitir também a utilização através de cilindro de O2, rotâmetro com indicação dos fluxos ajustados de cada gás (O2 e N2O), com escala para oxigênio 0,5 a 10l/min e óxido nitroso 0,5 a 10l/min. Sistema de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O2, sistema que corta o fluxo de O2 na ausência de N2O, fluxo de oxigênio direto de no mínimo 35 a 75l/min. Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta identificação deste; Filtro valvular permitindo o reaproveitamento dos gases expirados pelo paciente com canister coaxial com capacidade de 750ml de cal sodada, balão reservatório de 5lts. Vaporizador universal microprocessado com intercâmbio de câmaras; sistema de indicação do agente anestésico em uso, display eletrônico com tabela de concentrações x fluxo de borbulhamento, dois cônicos para o fluxo de borbulhamento com escalas diferenciadas para alto 500 a 2000ml/min e baixo fluxo de 10 a 300ml/min, possuir sistema de proteção contra o fornecimento de agente anestésico sem que haja fluxo de oxigênio. Ventilador pulmonar que permita ventilação mecânica no modo CMV, atendendo aos seguintes parâmetros: Volume Corrente de 350 a 1000ml, pressão máxima de 10 a 70cmH2O, relação I:E 1:1 a 1:5, fluxo inspiratório de 5 a 50l/min. Sistema de alarme para desconexão, pressão máxima inspiratória, pressão de O2, bateria. Manômetro de pressão endotraqueal com escala de - 0 a 80 cm H2O; aspirador com frasco de 500ml, fluxometro de O2 15l/min. Alimentação 110 ou 220Volts, 50/60Hz., com bateria interna recarregável suficiente no mínimo de 1(uma) hora de uso.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 83.500,00	Valor Total: 83.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	010 11.726.439/0001-12	84.000,00	83.500,00	Sim


DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE**

14/04/2020 15:26:43	PUBLICADO		
14/04/2020 15:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
23/04/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/04/2020 10:05:37	DISPUTA		
23/04/2020 10:05:37	LANCE	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	84.000,00
23/04/2020 10:07:44	LANCE	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	83.500,00
23/04/2020 10:12:31	MENSAGEM	PREGOEIRO	
	PEÇO QUE DÊ MAIS ALGUM LANCE		
23/04/2020 10:15:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/04/2020 10:17:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta é S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		
23/04/2020 10:17:37	HABILITAÇÃO		



PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR