

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

353

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1006.01/2020
Processo Administrativo Nº 1006.01/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR
Data de Publicação: 15/06/2020 17:28:00

LOTE 1	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 202.730,00

Descrição: Para esterilização em Hospitais, Laboratórios, indústrias farmacêuticas e alimentícias. Projetada e fabricada conforme normas ASME, ABNT e NR-13. Câmeras internas e externas construídas em aço inoxidável com alta resistência a corrosão. Válvula de Segurança mecânica. Microprocessador dedicado com 8 programas. Temperatura de esterilização ajustável de 105°C a 121°C. Câmara (s) Interna: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado, com acabamento polido padrão sanitário. Câmara Externa: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado. Gerador de Vapor: Gerador de Vapor construído em aço inoxidável AISI 304-L com espessura de 3,0mm, para funcionar com sistema de aquecimento elétrico (resistência), construído conforme a NBR 11.816. Isolamento Térmico da Câmara de Esterilização: A câmara de esterilização estará isolada termicamente por mantas de lã minerais de alta densidade e espessura, que assegura uma perfeita isolação térmica, evitando o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho. Gabinete Externo: A autoclave tem revestimento externo construído por chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado. Dimensões Externas: 1660x640x1411mm (AxLxP) Estrutura Interna: A autoclave tem estrutura interna construída por perfis de aço carbono. Dimensões Internas: 410x410x950mm (AxLxP)

