



Prefeitura Municipal de Mucambo

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 1211.02/2024-PE - Processo nº 1211.02/2024-PE

Ao(s) 29 dia(s) do mês de Novembro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Francisco Orcio de Almeida Aguiar do(a) Prefeitura Municipal de Mucambo, inscrito no CNPJ sob o nº 07.733.793/0001-05, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Aquisição de Bens Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 8:41:32 AM do dia 5 de Dezembro de 2024

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.851.899/0003-71
LOCMED HOSPITALAR	04.238.951/0001-54
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.652.247/0001-06
PESENTI & PELAIS LTDA	02.776.642/0001-02
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71
White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda - Maracanau	24.380.578/0068-96

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR DE SUPORTE À VIDA. Ventilador Mecânico Domiciliar de suporte à vida: ventilador de suporte à vida (uso acima de 16 horas/dia), para uso invasivo e não invasivo, adulto ou pediátrico (acima de 5kg), com bateria interna de no mínimo 8 horas de autonomia, que apresente os seguintes modos ventilatórios: S, ST, PAC, volume garantido, PS, (A)PC, (A)CV e SIMV. Backup de Frequência Respiratória de até 80 rpm, Pressão Inspiratória de até 50 cm H2O, com voltagem 100 -240v (bivolt). Capacidade de adicionar O2 em até 30 l/m, alarmes e registros de alarmes. Conectividade para transmissão de dados e telemonitoramento remoto. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador, Traqueias, Máscaras, Cateter mount, Válvula exalatória e Nobreak. Modo Ventilatório: ACV, V-SIMV, PACV, P-SIMV, PS, CPAP, ST,PAC •Frequência Respiratória : Adulto: Desl, 2 a 50 bpm; Pediátrico: Desl, 5 a 80 bpm; • Intervalo de pressões



operacionais: Ramo único com válvula: Expiratória: 3 hPa; Inspiratória: 50 hPa; Ramo único com fuga intencional: Expiratória: 2 hPa; Inspiratória: 50 hPa; CPAP: 3 a 20 hPa; Limite máximo de pressão operacional: 10 a 55 hPa; A transição forçada ocorre se o limite de alarme de Pressão for excedido • Intervalo de volume corrente operacional (modos de controle de volume): Tipo de paciente — adulto: 100 ml a 2500 ml; Tipo de paciente — pediátrico: 50 ml a 300 ml; • Pressão máxima com falha única: 60 hPa (em todos os modos); • Resistência respiratória com falha única: Circuito pediátrico: Inspiração: 2,2 hPa (em 15 L/min), 5,3 hPa (em 30 L/min); Expiração: 2,4 hPa (em 15 L/min), 5,0 hPa (em 30 L/min); Circuito adulto: Inspiração: 5,7 hPa (em 30 L/min), 8,3 hPa (em 60 L/min); Expiração: 4,2 hPa (em 30 L/min), 6,2 hPa (em 60 L/min); • Intervalo operacional para resistência e complacência do circuito: Configuração para paciente pediátrico: Intervalo de resistência do circuito (circuito com fuga intencional): 0 a 8 hPa a 60 l/min; Intervalo de resistência do circuito (circuito com válvula): 0 a 20 hPa a 60 l/min; Intervalo de complacência do circuito: 0 a 4 ml/hPa; Configuração para paciente adulto: Intervalo de resistência do circuito (circuito com fuga intencional): 0 a 20 hPa a 120 l/min; Intervalo de resistência do circuito (circuito com válvula): 0 a 35 hPa a 120 l/min; Intervalo de complacência do circuito: 0 a 4 ml/hPa; • Fluxo máximo: 220 l/min; • Armazenamento de dados: 7 dias de pressão das vias aéreas, do fluxo respiratório e do volume administrado de alta resolução (dados recolhidos em 25 Hz). 7 dias de dados de terapia relacionados com a respiração (dados recolhidos em 1 Hz); 365 dias de dados estatísticos por programa. • Peso: 3,2 kg; • Dimensões (CxLxA): 11,22" x 8,47" x 3,66" (285 mm x 215 mm x 93 mm); • Voltagem: Bivolt; • Bateria Interna: 8h; • Garantia: 24 meses; • Nível de Ruído: 35 dBA; • ANVISA:80047300528. Itens Inclusos: Ventilador Astral 100; • Bolsa de transporte; • Manual de Usuário

Quantidade: 1 Preço unitário: R\$ 43.499,99 Valor Final: R\$ 43.499,99 Marca/Modelo: ASTRAL 100 RESMED

Valor Global (final): R\$ 43.499,99

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Participante 6	10.851.899/0003-71	R\$ 55.300,00	R\$ 43.499,99	ASTRAL 100 RESMED	Não
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Participante 1	05.652.247/0001-06	R\$ 55.400,00	R\$ 43.500,00	RESMED/ASTRAL 100	Não
White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda - Maracanaú	Participante 4	24.380.578/0068-96	R\$ 55.400,00	R\$ 48.307,39	MEDSTAR IMPORTAÇÃO	Não
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 3	09.485.574/0001-71	R\$ 54.505,00	R\$ 54.505,00	ASTRAL 100	Não
PESENTI & PELAIS LTDA	Participante 5	02.776.642/0001-02	R\$ 55.400,00	R\$ 55.400,00	LEISUNG / PR5	Sim
LOCMED HOSPITALAR	Participante 2	04.238.951/0001-54	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	RESMED	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.





PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

RECURSO(S) E CONTRARRAZÕES

Nome Participante	Apelido	Documento do Licitante	Data e hora do registro do Recurso	
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Participante 1	05.652.247/0001-06	29/11/2024 - 15:33:31	
Motivação do Recurso				
Com fulcro no disposto no inciso I do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, registra-se intenção recursal contra a decisão para lote deste certame, conforme razões que serão fundamentalmente apresentadas por meio de memoriais de recurso.				
CONTRARAZOES DO RECURSO				
JULGAMENTO DO RECURSO				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura Municipal de Mucambo	Pregoeiro	Francisco Orecio de Almeida Aguiar	05/12/2024 - 08:35:51	Negado
Justificativa				
Não apresentou recurso em tempo habil conforme solicitação via plataforma.				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura Municipal de Mucambo	Autoridade Competente	Benedito de Paulo Neto	05/12/2024 - 08:39:35	Negado
Justificativa				
Não apresentou recurso em tempo habil conforme solicitação via plataforma do pregoeiro.				

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):



[Handwritten signature]

Francisco Orecio de Almeida Aguiar

Pregoeiro

[Handwritten signature]

Antonio Alves de Souza

Equipe de Apoio

[Handwritten signature]

Maria de Fatima Lima Olegario Alcântara

Equipe de Apoio