



Prefeitura Municipal de Mucambo

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 0701.01/2025-PE - Processo nº 0701.01/2025-PE

Ao(s) 23 dia(s) do mês de Janeiro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Francisco Orecio de Almeida Aguiar do(a) Prefeitura Municipal de Mucambo, inscrito no CNPJ sob o nº 07.733.793/0001-05, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Aquisição de Bens Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:04:21 AM do dia 27 de Janeiro de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	07.626.776/0001-60
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.782.880/0001-02
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74.068.008/0001-26
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.444.108/0001-95
wellington moreira monteiro	58.228.429/0001-10

LOTE 1 - Fracassado

Motivo:

OS LICITANTES NÃO ATENDERAM AOS REQUISITOS DO EDITAL.

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: MONITOR MULTIPARÂMETRO COMO AS FUNÇÕES: ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMPERATURA, ALÉM DE CO2, CO, MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL CSM, MONITORAMENTO DE GÁS ANESTÉSICO E PI. PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUCAMBO/CE MONITOR MULTIPARÂMETRO COMO AS FUNÇÕES: ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMPERATURA, ALÉM DE CO2 (CAPNOGRAFIA), CO (DÉBITO CARDÍACO), MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL CSM, MONITORAMENTO DE GÁS ANESTÉSICO E PI Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: Display: 15" Colorido (com opção TFT



touch screen); ECG: Faixa dinâmica de entrada: \pm (0,5mVp – 5mVp); Impedância de entrada: = 10 MO; Largura da banda: 0.05 – 150Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – monitoramento) CMRR: * 1 – 20Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnóstico) 105 dB(monitoramento e operacional); Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; Velocidade de varredura: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s; Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; Precisão de HR: \pm 1% ou 1bpm, o que for maior; Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Análise de arritmias; Monitorização de ST/QT/QTC; Seguimento ST: Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0m; Precisão: 02mV; Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; RESP: Medição por impedância torácica; Faixa de medição: 0 – 150rpm; Resolução: 1 rpm; SpO2: Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; Faixa de medição: 0% – 100%; Precisão: \pm 2% para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; Precisão de PR: \pm 2bpm ou \pm 2% o que for maior; Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; Tecnologia: MoveOxy (opcional Nellcor, Masimo); Pressão não invasiva (PNI): Especificação Técnica: método oscilométrico; Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; Precisão: \pm 3 mmHg; Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; Intervalo de automedição: 1 – 480 min; TEMP (02 canais): Faixa de medição: 0,0 – 50,0°C; Precisão: \pm 0,1°C entre 0°C à 50°C; Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60Hz, 60VA; Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; Modo alarme: Alarme áudio visual de 3 níveis; Peso: 4500g; Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; Rede: Ethernet; Protocolo HI7; USB, RJ45, VGA e HDMI; Tela de OXYCRG; Visualização leito a leito (BED-VIEW); Visualização de até 13 curvas simultâneas; Anvisa: 80901110026; Itens Inclusos: * Pressão invasiva (PI ou IBP); * Capnografia (ETCO2); * Monitoração do Estado Cerebral (BIS); * Débito cardíaco (C.O.); * EtCO2 Nellcor; * SunTech NIBP; * Impressora térmica; * Central de monitoramento; * Wi-Fi; * Agentes anestésicos; * 04 canais de PI; 02 Baterias com autonomia superior à 10 horas;* Cabo 10 vias.

Quantidade: 2

Preço unitário: -

Valor Final: -

Marca/Modelo: -

Valor Global (final):R\$ 0,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nenhum participante foi classificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Participante 4	34.444.108/0001-95	R\$ 10.400,00	R\$ 10.397,98	BIOLIGHT	Sim
Justificativa						
A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA. NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CHAT.						
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Participante 5	74.068.008/0001-26	R\$ 10.399,99	R\$ 10.399,99	LEPU MEDICAL	Sim
Justificativa						
A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA. NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CHAT.						
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	Participante 2	07.626.776/0001-60	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	CREATIVE	Não



LTDA						
Justificativa						
VALOR MUITO ACIMA DO ESTIMADO.						
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Participante 3	20.782.880/0001-02	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	COMEN	Não
Justificativa						
VALOR MUITO ACIMA DO ESTIMADO.						

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
wellington moreira monteiro	Participante 1	58.228.429/0001-10	R\$ 10.400,00	R\$ 10.395,00	Monitor DI 1000	Sim
Justificativa						
A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA INCOMPATIVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.						

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.



Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

Francisco Orecio de Almeida Aguiar

Pregoeiro

Antonio Alves de Souza

Equipe de Apoio

Maria de Fatima Lima Olegario Alcântara

Equipe de Apoio